

Diagnostiikkakeskus	OPAS	Versio: 6	s. 1/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 20.3.2023	
Kyynärvarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit			

Kyynärvarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit

<p>AP Kyynärvarsi kuvautuu suorassa AP-suunnassa.</p> 	<p>Kuvan rajaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olkaluun distaalipäästä ranneluihin, vähintään 2,5 cm ranne- ja kyynärnivelten yli - ihon pinnasta toiseen <p>Projektio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varttinäluu ja kyynärnuu kuvautuvat rinnakkain siten että varttinäluun pää, kaula ja kyhmy kuvautuvat hiukan kyynärnuun kanssa päällekkäin - ojentaja- (lateraalinen epikondyyli) ja koukistajalisäkkeet (mediaalinen epikondyyli) profiilissa distaalisen olkaluun kulmissa eivätkä ne kuvaudu venyneinä tai lyhentyneinä - kyynärnisäke kyynärnisäkekuopassa - olka-kyynärnuunivel osittain avoin - varttinäluun pään nivelpinta kuvautuu - kyynärnuun puikkolisäke kuvautuu distaalisesti kyynärnuun pään keskilinjaan - varttinäluun puikkolisäke profiilissa, posteriorisesti kyynärnuun päähän nähden - varttinäluu ja kyynärnuu eivät kuvaudu distaalisesti päällekkäin <p>Muuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ranne- ja kyynärnivelet ovat vain osittain avoimet - kyynärvarsi tasaisesti valottunut
<p>SIVU Kyynärvarsi kuvautuu suorassa sivusuunnassa.</p> 	<p>Kuvan rajaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olkaluun distaalipäästä ranneluiden tyvirivistöön, 2,5 cm ranne- ja kyynärnivelten yli - ihon pinnasta toiseen <p>Projektio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kyynärnuu ja varttinäluu kuvautuvat päällekkäin ranteen distaalikolmanneksessa - distaalisen veneluun anteriorinen osa ja herneluu linjassa - kyynärnuun puikkolisäke profiilissa posteriorisesti - varttinäluun kyhmy anteriorisesti - kyynärnivelessä varttinäluun pää kuvautuu kyynärnuun varislisäkkeen päälle - kyynärnivelet avoin - ojentaja- ja koukistajalisäkkeet päällekkäin (lateraalinen ja mediaalinen epikondyyli) - kyynärnisäke profiilissa <p>Muuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kyynärpään ja ranteen rasvatyyny erottuvat - kyynärnivelet 90° kulmassa - kyynärvarsi tasaisesti valottunut

Liittyvät ohjeet

Diagnostiikkakeskus, radiologian ohjeistus

- [Kyynärnivelen anatomia, natiiviröntgen](#)
- [Ranteen anatomia, natiiviröntgen](#)

Diagnostiikkakeskus	OPAS	Versio: 6	s. 2/2
Radiologia	Natiivi	Voimaantulopäivä: 20.3.2023	
Kyynärvarren natiiviröntgen, hyvän kuvan kriteerit			

Laatija: Merja Wirtanen

Muut laatijat: Aku Ahonen;Henna Heldt;Aki Kotipelto;Hanna Pietikäinen;Tomi Suo-Yrjö

Liittyy tutkimuksiin: NC2AA Kyynärvarren natiiviröntgen; NC2YA Kyynärvarren natiiviröntgen ilman lausuntoa;

Lisätieto: Opas tarkistettu, ei muutoksia.

Tunniste: 120

Jakelu, intranet: intranet: [Natiiviprosessi](#) > [Ohjeet omalle henkilökunnalle](#) > [1_Natiivikuvantamisen ohjeet](#) > [5_Yläraajojen natiiviröntgentutkimukset](#)

internet: [Tutkimusohjekirja](#) > [Radiologia](#) > [Tutkimukseen lähettäminen, ajanvaraus ja esivalmistelu](#) > [Natiivitutkimukset](#) > [Kuvausoppaat](#) > [Yläraajat](#)